



CHIARIMENTI N. 1

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FRONITURA DI ECOGRAFI PORTATILI DEDICATI ALLE APPLICAZIONI IN ANESTESIA DEDICATI ALLE APPLICAZIONI IN ANESTESIA LOCO REGIONALE E ACCESSI VASCOLARI CENTRALI E PERIFERICI E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE POST-GARANZIA DA DESTINARE AI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO. CIG 354171078B.

QUESITO n. 1: In relazione a quanto richiesto a pag. 3, par. 1.2. Modalità di presentazione, punto d, si chiede di confermare che la busta e il plico possano essere chiusi mediante l’applicazione di nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di chiusura.

RISPOSTA: Si risponde in modo affermativo.

QUESITO n. 2: In relazione a quanto richiesto a pagina 6, par. 1.5 Offerta economica (Busta n. 3), punto 2, si chiede voler trasmettere copia dello schema di contratto, al fine di ottemperare alla richiesta di presentazione di detto documento debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione dei contenuti.

RISPOSTA: Trattasi di refuso informatico. Non occorre presentare alcuno schema di contratto firmato per accettazione.

QUESITO n. 3: Si chiede di voler chiarire se la caratteristica “almeno due connettori per le sonde” descritta in capitolato è da intendersi come requisito “minimo” o “preferibile”. Tale richiesta scaturisce dal fatto che tutti i portatili propriamente detti (peso inferiore a 5 kg e ingombri ridottissimi) presenti oggi sul mercato hanno un unico connettore con aggancio rapido per assenza di ulteriore spazio fisico dovute alle piccole dimensioni della console. Inoltre, volendo offrire un prodotto trasportabile e non puramente portatile, sarebbe penalizzante in termini di punteggio tecnico in quanto ben 6 punti sono assegnati all’autonomia della batteria, quest’ultima presente sugli ecografi classici solo come assistenza allo spegnimento in caso di mancanza di corrente da rete elettrica.

RISPOSTA: Si ribadisce quanto previsto all'art. 1.4 del disciplinare di gara punto 3: "Si precisa che la configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali cui devono corrispondere le forniture, sono elencate nel disciplinare tecnico. Le caratteristiche delle attrezzature e dei prodotti ivi riportate sono indicate a titolo preferenziale ma non vincolante. Pertanto la non conformità di talune caratteristiche merceologiche non comporterà la non validità dell'offerta. Nella fase di valutazione delle proposte formulate la Commissione tecnica potrà ritenere valide offerte contenenti caratteristiche diverse da quelle innanzi indicate purché le stesse non limitino il corretto utilizzo dei beni rispetto allo specifico uso cui i beni sono destinati.

QUESITO n. 4: In relazione a quanto riportato all'art. 3 "Modalità di affidamento delle forniture" notiamo una differenza tra il punteggio massimo attribuibile "totale 55" e quanto riportato all'art. 4 "Punteggio minimo relativo alla qualità dei prodotti offerti". Qual è l'esatto punteggio massimo attribuibile di riferimento?

RISPOSTA: L'esatto punteggio attribuibile è pari a 55 punti.

QUESITO n. 5: In caso di avvilimento a pag. 15 del disciplinare di gara al punto e) si richiede la "Copia autentica del capitolato speciale". Secondo quale modalità di autentica bisogna procedere? Serve una dichiarazione accompagnatoria con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ed anche dell'eventuale periodo di proroga o rinnovo?

RISPOSTA: L'autentica è da intendersi ai sensi dell'art. 38 , comma 3, del D.P.R. n. 445/00. Si ribadisce tutto quanto indicato al punto 7 – pagine 15 e 16 del disciplinare di gara.

TARANTO, 19 gennaio 2012

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO